Mode d'emploi
Cathéter périphérique de sécurité
Gamme Protectiv® Plus / Protectiv®

Sélectionner et préparer avec précaution la veine et l'endroit de la ponction selon le protocole recommandé par l'établissement.

1 PIQUER

Effectuer la ponction en tenant le système par les bords crénelés et en retenant avec l'index le bouton poussoir.

Le biseau du mandrin et le bouton poussoir doivent être positionnés vers le haut.



2 CATHÉTÉRISME DE LA VEINE

Après la visualisation du reflux sanguin, positionner l'index derrière le bouton poussoir et **AVANCER le cathéter dans la veine.**



3 SÉCURISER

Lorsque le cathéter est suffisamment avancé, **stabiliser le cathéter à l'aide du bouton poussoir et RECULER la chambre de visualisation à bords crénelés jusqu'à l'obtention d'un CLIC sonore.**



- Exercer une pression en aval du cathéter, puis par un mouvement d'un quart de tour, déconnecter le système verrouillé de l'embase du cathéter.
- Brancher une tubulure sur l'embase du cathéter ou introduire un obturateur.
- Fixer le cathéter selon le protocole de pose en vigueur dans l'établissement.
- Jeter l'aiguille sécurisée dans un collecteur.

smiths medical
Smiths Medical France
3, rue du Pont des Halles - 94656 - Rungis Cedex
Tél : 01.58.42.50.00 - Fax : 01.58.42.50.30
morl.info@smiths-medical.com - www.smiths-medical.com

KT03-Ed0607-RevA